

Utjecaj novotvorine na rezultate neinvazivnog prenatalnog testiranja




Laboratoriji za medicinsku biokemiju,
mikrobiologiju i citologiju


Lucija Belužić, 19.04.2024., Zagreb,

NIPT – Non Invasive Prenatal Testing

Neinvazivno prenatalno testiranje



Lu YL, Bianchi DW. Trends in prenatal diagnosis: An analysis of 40 years of Medical Subject Heading (MeSH) terms in publications. Prenat Diagn. 2020 Dec;40(13):1636-1640. doi: 10.1002/pd.5871. PMID: 33225453; PMCID: PMC10040213.



Cost of sequencing by National Human Genome Research Institute.

Primjeri laboratorijskih izvještaja

- ❖ postotak DNA posteljice u uzorku niži od minimalnog
- ❖ nedovoljna mapiranost
- ❖ nejasni tzv. inkonkluzivni rezultati (u „sivoj zoni”)
- ❖ detekcija 3 ili više abnormalnosti u jednom uzorku tzv. „MCA (Multiple Chromosomal Aneuploidy)

Ponavljajući rezultati iz barem dva uzorka daju nalaz „bez odaziva”.

